



ES CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

EC type -approval certificate

SK 04 – 047 Rev. 0 Add. 2

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., a ktorým sa transponuje smernica Rady 2009/23/ES

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No. 399/1999 Coll., via which details of technical requirements for non-automatic weighing instruments are laid down as amended by Government Ordinance of the Slovak Republic No. 150/2002 Coll., which implement, in the Slovakia, Council Directive 2009/23/EC.

Žiadateľ

Applicant

PENTIMEX, s. r. o.
26, 972 14 Tužina
Slovensko

Výrobca

Manufacturer

PENTIMEX, s. r. o.
26, 972 14 Tužina
Slovensko

Druh výrobku

In respect of

váhy s neautomatickou činnosťou / non-automatic weighing instrument
elektronické, s jedným rozsahom, s deleným rozsahom, viacrozsahové /
electronic, single-interval, multi-interval, multiple-range
PREMOVA...

Typ

Type

Trieda presnosti

Accuracy class

III

Základné parametre

Characteristics

$n \leq 6000$ dielikov / divisions $n_i \leq 6000$ dielikov / divisions
 $3 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 100 \text{ t}$
 $0,5 \text{ g} \leq e \leq 100 \text{ kg}$

Popis a dokumentácia

Popis prístroja a potrebné údaje (parametre, modifikácie, zabezpečenie, funkcia, použitá dokumentácia, výsledky zistení a pod.) sú uvedené v záverečnom protokole číslo 004/1432/13-047 NAWI, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto ES certifikátu typu výrobku.

Description and
documentation

The instrument description and the necessary data (characteristics, alterations, securing, functioning, documentation used, results of assessment, etc) are set out in the final protocol No 004/1432/13-047 NAWI which is an integral part of this EC type - approval certificate.

Použité harmon. normy
a normatívne dokumenty
Harmonised standards and
normative documents used

STN EN 45501: 1995

Ďalšie použité dokumenty
Further applied documents

OIML R 76
WELMEC 2.3, WELMEC 2.5

Notifikovaná osoba
Notified Body

1432

Platný do
Valid until

2014-08-31

Vystavený dňa
Date of issue

2013-06-26



Ing. Štefan Král, PhD.
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body



Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu výrobku platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.
Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type approval certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.

Slovenská legálna metrologia, n. o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia