

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica



ES CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

EC type – approval certificate

Číslo / Number

SK 04-074 rev. 0

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., a ktorým sa transponuje smernica Rady 90/384/EHS v znení smernice 93/68/EHS

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No. 399/1999 Coll., via which details of technical requirements for non-automatic weighing instruments are laid down as amended by Government Ordinance of the Slovak Republic No. 150/2002 Coll., which implement, in the Slovakia, Council Directive 90/384/EEC as amended by 93/68/EEC,

Žiadateľ

Applicant

Libra spol. s r.o.
Bazová 8
825 12 Bratislava
Slovakia

Druh výrobku

In respect of

váhy s neautomatickou činnosťou / *non-automatic weighing instrument*
elektronické, viacrozsahové / *electronic, multi-interval*

Typ

POST A

Type

Trieda presnosti

III

Class

Výrobca

Libra, spol. s r.o.

Manufacturer

Základné parametre

Characteristics

$n \leq 3300$ dielikov / *divisions*
 $2 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 33 \text{ kg}$
 $e \geq 1 \text{ g}$

Popis a dokumentácia

Popis prístroja a potrebné údaje (parametre, modifikácie, zabezpečenie, funkcia, použitá dokumentácia, výsledky zistení a pod.) sú uvedené v záverečnom protokole číslo 320024/172/210/03-074, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto ES certifikátu typu.

Description and documentation

The instrument description and the necessary data (characteristics, alterations, securing, functioning, documentation used, results of assessment, etc) are set out in the final protocol No 320024/172/210/03-074 which is an integral part of this EC type - approval certificate.

Platný do

Valid until

2013-08-25

Notifikovaná osoba

Notified Body

1432

Banská Bystrica, 2004-05-06



Ing. Jaromír Markovič
generálny riaditeľ
general director