

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLOGIA, n. o.

Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica



ES CERTIFIKÁT TYPU

EC - type examination certificate

Číslo / Number

SK 10 - 005 MI-004

rev. 0

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES z 31. marca 2004 o meradlách do právneho poriadku Slovenskej republiky

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring instruments, which implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments

Žiadateľ

EESA s. r. o.

Issued to (applicant)

Za Novákovou zahradou 113/8
190 15 Praha, Česká republika

Druh meradla

merač tepla

In respect of

heat meter

Typ

MT200DS

Type

Základné požiadavky

príloha č. 1 a príloha MI-004 k nariadeniu vlády SR č. 294/2005 Z. z.

Essential requirements

Annex No 1 and Annex MI-004 to SR government Ordinance No 294/2005 Coll.

Použité harmon. normy
a normat. dokumenty

OIML R 75-1 2002
OIML R 75-2 2002
EN 1434-1: 2007

Ďalšie použité dokumenty
Further applied documents

WELMEC 8.14
WELMEC 11.1

*Harmonised standards and
normative documents used*

Popis a dokumentácia

Základné parametre, popis meradla a podmienky schválenia sú uvedené v záverečnom protokole číslo 068/1432/10 MI-004, ktorý je súčasťou tohto ES certifikátu typu. Všetky výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej EESA_MT200DS_0.

*Description and
documentation*

The principal characteristics, instrument description and approval conditions are set out in the Final protocol No 068/1432/10 MI-004, which is part of this EC - type examination certificate. All the designs, schematic diagrams and documentation are recorded in reference folder EESA_MT200DS_0.

Platný do

2020-10-25


Valid until

Notifikovaná osoba
Notified Body

1432

Vystavený dňa
Date of issue

2010-10-25



Ing. Ivan Chren

zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body

Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.

Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type examination certificate is valid, assuming that the instrument conform to the provisions of those Directives.