



ES CERTIFIKÁT TYPU VÝROBKU

EC type-approval certificate

SK 04 – 017 Rev. 4 Add. 5

V súlade s

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 150/2002 Z. z., a ktorým sa transponuje smernica Rady 2009/23/ES.

In accordance with

Government Ordinance of the Slovak Republic No. 399/1999 Coll., via which details of technical requirements for non-automatic weighing instruments are laid down as amended by Government Ordinance of the Slovak Republic No. 150/2002 Coll., which implement, in the Slovakia, Council Directive 2009/23/EC.

Žiadateľ
Applicant

TENZONA Bratislava, s. r. o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Slovensko

Výrobca
Manufacturer

TENZONA Bratislava, s. r. o.
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Slovensko

Druh výrobku
In respect of

váhy s neautomatickou činnosťou / non-automatic weighing instrument
elektronické, s jedným rozsahom, s deleným rozsahom, viacrozsahové
electronic, single-interval, multi-interval, multiple-range

Typ
Type

TEN...

Trieda presnosti
Accuracy class

III alebo / or IIII

Základné parametre
Characteristics

$n \leq 6000$ dielikov / divisions $n_i \leq 3000$ dielikov / divisions
number of verification scale intervals according to test certificates involved
 $1 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 150 \text{ t}$
 $0,5 \text{ g} \leq e \leq 100 \text{ kg}$

Popis a dokumentácia

Popis prístroja a potrebné údaje (parametre, modifikácie, zabezpečenie, funkcia, použitá dokumentácia, výsledky zistení a pod.) sú uvedené v záverečnom protokole č. 002/1432/14-017 NAWI (4 strany), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto ES certifikátu typu výrobku. Všetky skúšobné protokoly, výkresy, diagramy a dokumentácia sú archivované v zložke označenej TENZONA_TEN_00.

Description and documentation

The instrument description and the necessary data (characteristics, alterations, securing, functioning, documentation used, results of assessment, etc) are set out in the Final protocol 002/1432/14-017 NAWI (4 pages) which is an integral part of this EC type - approval certificate. The test reports, designs, schematic diagrams and documentation used during certification process are recorded under reference folder TENZONA_TEN_00.

Použité harmon. normy a normatívne dokumenty
Harmonised standards and normative documents used

STN EN 45501: 1995

Ďalšie použité dokumenty
Further applied documents

WELMEC 2.1, WELMEC 2.3
WELMEC 2.5

Notifikovaná osoba
Notified Body


1432

Platný do
Valid until

2016-07-10

Vystavený dňa
Date of issue

2014-07-04



Ing. Jaromír Markovič, PhD.
zástupca notifikovanej osoby
representative of notified body



Ak sa na meradlo vzťahujú aj ďalšie technické predpisy, ktoré zahŕňajú iné aspekty meradla, ES certifikát typu výrobku platí len za predpokladu zhody meradla s týmito predpismi.
Where the instrument is subject to other Directives covering other aspects, this EC - type approval certificate is valid, assuming that the instrument conforms to the provisions of those Directives.