

777

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

D O D A T O K č . 1

zo dňa 24.04.1997

k Rozhodnutiu č. 960-128/93-006 zo dňa 2.6.1993, ktorým sa vydalo

SCHVÁLENIE TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/93-006

Na žiadosť AM Znojmo, Ing. Mamrilla Alexander, Přímětice 564, 669 02 Znojmo, ČR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa mení schválenie typu meradla - elektromechanických váh na meranie osových zaťažení cestných vozidiel konštrukčného radu VAMAST 1 ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: AM Znojmo, Ing. Mamrilla Alexander
Přímětice 564, 669 02 Znojmo, ČR


Zdôvodnenie:


Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu.




Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

**Elektromechanické váhy na meranie
osových zatažení cestných vozidiel
konštrukčného radu VAMAST 1**

Výrobca: AM Znojmo, Ing. Mamrilla Alexander,
Přímětice 564, 669 02 Znojmo, ČR

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/93-006

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny Prílohy k Rozhodnutiu
č. 960-128/93-006 zo dňa 2.6.1993:

1. Bod 1. Popis meradla
tretia veta sa mení nasledovne:
"Váhy sú riešené systémom bez pákových prevodov s priamym za-
ťažením dvoch párov tenzometrických snímačov UTILCELL model
410, triedy C3, menovitého zataženia 5 t".
2. Bod 6. Doba platnosti
prvá veta sa mení nasledovne:
"Platnosť schválenia typu sa stanovuje na 5 rokov".
3. Bod 7. Umiestnenie vzoriek
sa mení nasledovne:
"Vzorka meradla je inštalovaná vo Výskumnom ústave živočíšnej
výroby Nitra, stanica chovu oviec Tren. Teplá".



J. Tomko
Vypracoval: Ing. Jozef Tomko

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 24.04.1997