

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 2

zo dňa 28.10.1997

k Rozhodnutiu č. 960/128/94-060 zo dňa 02.05.1994, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/94-060

Na žiadosť LIBRA, spol. s r.o., Bazová 8, 825 12 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa mení schválenie typu meradla - elektromechanických obchodných váh typ ML 3 ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: LIBRA, spol. s r.o., Bazová 8
825 12 Bratislava


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje dve strany.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Elektromechanické obchodné váhy
typ ML 3

Výrobca: LIBRA, spol. s r.o., Bazová 8
825 12 Bratislava

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/94-060

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny Prílohy k Rozhodnutiu
č. 960/128/94-060 zo dňa 02.05.1994

1. Bod 2. Popis meradla

štvrtá odrážka sa mení nasledovne

- majú na stípike umiestnený zobrazovací panel, ktorý pomocou troch zelených elektroluminiscenčných displejov obojstranne indikuje údaje o hmotnosti, jednotkovej a celkovej cene, prípadne chybové hlásenia a pomocou piatich zelených LED diód indikuje nastavenie nulového rozsahu, váženie pod Min, zaradenie a fixáciu tary, zaradenie a fixáciu jednotkovej ceny.

2. Bod 3. Základné metrologické a technické údaje

7., 11., 13. a 16. riadok sa menia nasledovne
rozsah odčítacieho tarovníka

$T \leq - \text{Max}$

rozsah jednotkovej ceny

$\text{Max}_u = 99999,9 \text{ Sk/kg}$

napájacie napätie a frekvencia

230 V/50 Hz

snímač zataženia Campesa ARBE typ MBA/20 kg alebo typ CB/20 kg

3. Bod 4.b) Skúšky pri overovaní

sa mení nasledovne

Skúšky pri overovaní sa vykonávajú podľa STN EN 45501.



4. Bod 5. Údaje na meradle

9. a 13. odrážka sa menia nasledovne

- hodnota rozsahu tary

$T \leq - \text{Max}$

- hodnota napájacieho napätia/frekvencie

230 V/50 Hz



J. Tomko
Vypracoval: Ing. Jozef Tomko

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 28.10.1997