

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Štefanovičova č. 3, 814 39 Bratislava

**DODATOK č. 1**  
zo dňa 22.09.1997

k Rozhodnutiu č. 960/128/95-157 zo dňa 30.11.1995, ktorým sa vydalo

**OSVEDČENIE  
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

**TSQ 128/95-157**

Na žiadosť **METTLER-TOLEDO**, spol. s r.o., Lombardiniho 24, 831 03 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - elektronických váh typového radu PG, SG o váhy II. triedy presnosti

typového radu **PG - S**

ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: Mettler-Toledo AG, CH-8606 Greifensee, Švajčiarsko


**Zdôvodnenie:**

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom.

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje dve strany textu a dve strany obrazových príloh.



*Orlovsky*  
Ing. Jozef Orlovsky  
riaditeľ odboru metrológie  
ÚNMS SR

Typ meradla : PG - S

Výrobca meradla : Firma Mettler-Toledo AG, CH-8606 Greifensee, Švajčiarsko

Predmetom Dodatku č.1 sú tieto zmeny :

Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-157 sa v bode 3 dopĺňa o :

typ	Max g	Min g	e mg	d mg	TP
PG203-S	210	0.02	10	1	II.
PG503-S	510	0.02	10	1	II.
PG503-SDR	510	0.02	10	10	II.
	100	0.02	10	1	
PG802-S	810	0.5	100	10	II.
PG2002-S	2100	0.5	100	10	II.
PG3001-S	3100	5	100	100	II.
PG5002-S	5100	0.5	100	10	II.
PG5002-SDR	5100		100	100	II.
	1000	0.5	100	10	
PG5001-S	5100	5	1000	100	II.
PG8000-S	8100	50	1000	1000	II.
PG8001-S	8100	5	1000	100	II.
PG12001-S	12100	5	1000	100	II.
PG12001-SDR	12100		1000	1000	II.
	2400	5	1000	100	
PG12000-S	12100	50	1000	1000	II.

Max - horná medza váživosti

Min - dolná medza váživosti

e - hodnota overovacieho dielika

d - hodnota dielika

TP - trieda presnosti




Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-157 sa v bode 6 dopĺňa o dva obrázky vyznačujúce polohu overovacej a zabezpečovacích značiek .



  
Vypracovala : PharmDr.J.Bičárová

Ved.lab.hmotnosti a hustoty :  
Ing.R.Spurný, CSc.

Bratislava dňa 22.9.1997


  
Doc.Ing. P.Kneppo, DrSc.  
riaditeľ SMÚ






obr 1. Umiestnenie overovacej a zabezpečovacích značiek na váhy PG-S  
do Max = 5,1 kg





overovacia  
značka

zabezpečovacia  
značka



obr 2. Umiestnenie overovacej a zabezpečovacích značiek na váhy PG-S  
od Max = 5,1 kg do Max = 12,1 kg

