

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava

DODATOK č. 2

zo dňa 19.01.1998

k Rozhodnutiu č. 960/128/96-176 zo dňa 29.02.1996, ktorým sa vydalo

**OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/96-176

Na žiadosť Schenck-Slovakia, spol. s r.o., Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 a 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - elektromechanických váh s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT S ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: SCHENCK PROCESS, GmbH
Landwehrstraße 55, D - 64293 Darmstadt, SRN


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené odborným posúdením Službami legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje celkom 1 stranu textu.



J. Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT S

Výrobca: SCHENCK PROCESS, GmbH
Landwehrstraße 55, D - 64293 Darmstadt, SRN

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/96-176

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny Prílohy k Rozhodnutiu
č. 960/128/96-176 zo dňa 29.02.1996:

1. Bod 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Názov výrobcu sa nahrádza nasledovne:

SCHENCK PROCESS GmbH
Landwehrstrasse 55
D-64293 Darmstadt, SRN

2. Tabuľka 2. Snímače

v časti tabuľky - *Snímače tlakové* - SCHENCK sa pridáva riadok tabuľky:

SCHENCK	RTN.. 22t - 100t		C3	C3 MI 7,5	C4	C4MI7,5	C5	BV2E 001
D09-95.17	4,5 kOhm	η_{LC}	3000	3000	4000	4000	5000	výkyvné
		Y	20000	24000	24000	24000	24000	uloženie,
		Z	--	7500	--	7500	--	elastomérové
								uloženie



Vypracoval: Ing. Jozef Tomko

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 19.01.1998