

Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR
814 39 Bratislava, Štefanovičova č. 3

DODATOK č. 1

zo dňa 10.10.1997

k Rozhodnutiu SMÚ č. 960/141/96 - 192 zo dňa 04.01.1996, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 141/96 - 192

Na žiadosť fy Mess- und Fördertechnik GmbH, Augasse 4, A-2325 Himberg (Rakúsko), Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrologii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla

meracia zostava na kvapaliny typu **VK a DK**
(s elektrickým počítadlom typu **MFX-90 a MFX-100**)

ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Dodatku.

Výrobca : Mess- und Fördertechnik, GmbH
Weidenbaumsweg 91 a
D - 21 006 Hamburg (SRN)


Zdôvodnenie :

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom, 842 55 Bratislava, Karloveská 63.

Poučenie o odvolaní :

Proti tomuto dodatku k rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Obsahuje 1 stranu textu.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrologie
ÚNMS SR

Príloha Dodatku č. 1 zo dňa 10.10.1997

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla
TSQ 141/96 - 192 zo dňa 04.01.1996

Typ meradla : Meracia zostava na kvapaliny typu VK a DK
(s elektrickým počítadlom typu MFX-90 a MFX-100)
Výrobca : Mess- und Fördertechnik, GmbH
Weidenbaumsweg 91 a, D - 21 006 Hamburg (SRN)

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny prílohy k Rozhodnutiu TSQ 141/96 - 192 :

I. Príloha sa dopĺňa v časti :

2. Popis meracej zostavy, tretia odrážka, o tento text :

"... pod číslom TCS 141/92 - 1141, typu MFX - 90, schváleného pod číslom TSQ 141/95-171, alebo typu MFX- 100, schváleného pod číslom TSQ 141/96- 201."

II. Príloha sa mení v časti :

5. Údaje na meracej zostave, bod 5.2 sa mení takto :

5.2. Na štítku počítadla (prepočítavača množstva) sú údaje podľa prílohy príslušného Osvedčenia o schválení typu.

6. Overenie, odrážka ad b) sa mení takto :

b) elektrické počítadlo na miestach určených v príslušnom Osvedčení o schválení typu :

- počítadlo typu <i>AccuLoad II</i>	TCS 141/92 - 1141
- počítadlo typu <i>MFX-90</i>	TSQ 141/95 - 171
- počítadlo typu <i>MFX-100</i>	TSQ 141/96 - 201.

Skúšku vykonal :

I. Chren
vedúci lab. 282

Ing. Igor Peter
riaditeľ odboru 280

Doc. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

V Bratislave dňa 10.10.1997

