

**ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR**  
 Štefanovičova č.3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava

**DODATOK č. 1**

zo dňa 27.3.1998

k Rozhodnutiu č. 960/142/96-235 zo dňa 28.10.1996, ktorým sa vydalo

**OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schválenia typu

**TSQ 142/96-235**

Na žiadosť firmy Premex, s.r.o., nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č.505/1990 Zb. o metrológii, vydáva Dodatok č.1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla na skrutkový horizontálny vodomer na studenú vodu typu COSMOS WPD, ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: Premex, s.r.o.  
 Nám. Dr. A. Schweitzera 194  
 916 01 Stará Turá


**Zdôvodnenie:**

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom, Karloveská 63, 842 55 Bratislava.

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu.



*Jozef Orlovský*  
 Ing. Jozef Orlovský  
 riaditeľ odboru metrológie  
 ÚNMS SR

## SKRUTKOVÝ HORIZONTÁLNY VODOMER NA STUDENÚ VODU typu COSMOS WPD

### 1 Základné údaje

Výrobca: **Premex, s.r.o.**  
**Nám. Dr. A. Schweitzera 194**  
**916 01 Stará Turá**  
Žiadateľ: **Premex, s.r.o.**  
**Nám. Dr. A. Schweitzera 194**  
**916 01 Stará Turá**

Štátna značka schválenia typu meradla: **TSQ 142/96-235**

Bod 3. **Základné technické a metrologické údaje** sa mení nasledovne:  
Maximálna teplota použiteľnosti vodomeroz je 50°C.

Bod 4. **Skúška typu** sa dopĺňa nasledovne:  
Rozšírenie teploty do 50°C sa vydáva na základe skúšok vykonaných na skúšobnom zariadení GT200 v laboratóriu prietoku SMÚ Bratislava hmotnostnou metódou s pevným a letným štartom.

Bod 5. **Údaje na meradle** sa mení nasledovne:

- ♦ Maximálna teplota 50°C

Vypracovali: *Benková*  
Ing. Miroslava Benková  
Laboratórium prietoku vody

Ing. Igor PETER  
riaditeľ odboru prietoku *Peter*

Doc. Ing. Peter Kneppo, DrSc.  
riaditeľ SMÚ *Kneppo*

V Bratislave 23.3.1998

