

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 2

zo dňa 2.9.1997

k Rozhodnutiu č. 960 / 311 / 95 - 048 zo dňa 7.11.1995, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 311 / 95 - 048

Typ meradla: kalorimetricé meradlo ETM 3.2

Výrobca: ELIS PLZEŇ spol. s r. o., Luční 15, P. O. BOX 126, 304 26 Plzeň, ČR

Na žiadosť firmy ELIS PLZEŇ, spol. s r. o., Luční 15, P. O. BOX 126, 304 26 Plzeň, ČR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505 / 1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa schvaľuje konštrukčná zmena kalorimetrického počítadla a dáva súhlas k zmene typového označenia meradla na ETM 5.00. Bližšie údaje o konštrukčných zmenách sú uvedené v prílohe.


Z d ô v o d n e n i e :

Na základe odborného posúdenia vykonaného SMÚ v Bratislave, konštrukčná zmena kalorimetrického počítadla je v súlade s metrolgickými a technickými požiadavkami na uvedený typ meradla.

P o u č e n i e o o d v o l a n í :

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu textu a 4 strany obrazovej prílohy.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru
metrológie ÚNMS SR

Kalorimetrické počítadlo ETM 3.2

Výrobca: ELIS PLZEŇ spol. s r. o., Luční 15, P. O. BOX 126, 304 26 Plzeň, ČR

Predmetom Dodatku č. 2 je zmena konštrukčného prevedenia, spočívajúca vo výmene kovovej skrinky za plastovú podľa obr. prílohy 1/4 a tomu odpovedajúce zmeny konštrukcie plošného spoja pri zachovaní elektrického zapojenia a programového vybavenia.

V súlade s týmito zmenami sa mení aj typové označenie kalorimetrického počítadla z ETM 3.2 na ETM 5.00.

bod 6. Overenie

Umiestnenie overovacích a montážnych značiek sa mení podľa obrazových príloh 2/4, 3/4, 4/4.

Vypracoval: RNDr. Eva Skákalová *Skákalová*



Zodpovedný pracovník za oblasť teploty a tepla: Ing. Stanislav Ďuriš, CSc. *Ďuriš*


Riaditeľ Slovenského metrologického ústavu: Doc. Ing. Peter Kneppo, DrSc. *Kneppo*

Bratislava 2. 9. 1997




Kalorimetrické počítadlo sa upevňuje na zvislú rovinu štyrmi skrutkami.
Montážne rozmery sú uvedené na obrazovej prílohe.






Plombovacie schéma





Plombovacía schéma





Plombovacie schéma

