

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 2

zo dňa 25.06.1997

k Rozhodnutiu č. 960/321/93-003 zo dňa 11.10.1993, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 321/93-003

Na žiadosť firmy VITALOS, spol. s r.o., Istrijská 43, 841 07 Bratislava, SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje schválenie typu lekárskeho teplomera normálneho ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: Klinskoje P.O. "Termopribor"
141 600 KLIN pri Moskve
Ruská federácia


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom Bratislava.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 2 strany.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

LEKÁRSKY TEPLOMER NORMÁLNY
S MAXIMÁLNYM ZARIADENÍM

Výrobca: Klinskoje P.O. "Termopribor"
141 600 KLIN pri Moskve
Ruská federácia

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 321/93 - 003

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny v Prílohe
k Rozhodnutiu č.960/321/93-003 zo dňa 11.10.1993

bod 5. Ú d a j e n a m e r a d l e
pôvodný text sa nahrádza textom


Na každom lekárskom teplomeri normálnom musia byť uvedené
údaje podľa STN 25 8190 čl. 44, štátna značka schváleného typu
TSQ 321/93 - 003 a údaje podľa technickej špecifikácie výrobcu.
Zároveň môžu byť na meradle uvedené tiež značky schváleného typu
pridelené inými štátmi.

bod 6. O v e r e n i e
sa nahrádza textom

Prvotné overenie sa vykonáva pracovníkmi Gosstandartu Ruskej
federácie u výrobcu. Po vykonaní skúšok s pozitívnym výsledkom sa
lekárske teplomery normálne opatria overovacou značkou na obalo-
vej trubici spôsobom zabezpečujúcim nezmazateľnosť overovacej
značky.




Overovacia značka má tvar:




kde Y je číslo zodpovedajúceho štvrtroku overenia
XX je posledné dvojčíslenie roku overenia.


Vydaním tohto Dodatku sa ruší platnosť Dodatku č. 1 zo dňa
10.10.1994.

Vypracoval:


Ing. Stanislav Ďuriš, CSc.
zodpovedný pracovník za oblasť teploty a tepla

schválili:


Ing. Vladimír Vediný, CSc.
riaditeľ odboru rádiometrie a teploty


Doc. Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ Slovenského metrologického ústavu

Bratislava 25.6.1997

